

AUDIT SUR LA PRÉPARATION DES PANIERS DE DIALYSE

Préambule :

- Le contrôle de la préparation des paniers de dialyse doit **être organisé et tracé**.
- Il doit porter sur un **nombre suffisant** de paniers pour une analyse statistique significative.
- La gestion des non-conformités doit **être organisée**.

Le nombre de contrôles aléatoires de paniers utilise la table d'échantillonnage issue de la norme NFX 06-022.

Effectif	Niveau faible	Niveau élevé
2 à 8	2	3
9 à 15	3	5
16 à 25	5	8
26 à 50	8	13
51 à 90	13	20
91 à 150	20	32
151 à 280	32	50
281 à 500	50	80

Exemple : Préparation de 20 paniers.

Pour un niveau de contrôle élevé, il faut vérifier aléatoirement 8 paniers.

Si un seul panier présente une non-conformité, il est nécessaire de vérifier l'ensemble des paniers, l'erreur étant souvent répétitive.

L'audit se réalise en 2 temps :

- Sur une seule grille sur la zone de stockage du service,

Sur plusieurs grilles sur les paniers de dialyse (autant que grilles que de paniers audités) Date :// 20....	Nom de l'évaluateur :
---	-----------------------------

Objectif : Garantir la sécurité au niveau de la zone de stockage des produits de santé					
N°	CRITERES	OUI	NON	NA	COMMENTAIRES
1	Un mode opératoire affiché ou facilement consultable, validé par la pharmacie décrit le principe de rangement du stock des produits de santé de votre établissement				Répondre non si la date de création / révision est supérieure à 2 ans
2	L'aménagement des locaux de la zone de stockage est adapté au rangement				Par exemple, répondre non si la zone de stockage fait l'objet de « débordement », si risque d'erreur d'identification majoré lorsque des conditionnements similaires sont rangés trop proches, mal éclairés ...
3	La feuille de traçabilité permet de vérifier que le nettoyage régulier des paniers est fait selon la procédure				Si absence, répondre non
4	Avant leur préparation, les paniers de dialyse vides sont visuellement propres				
Médicaments					
5	Les médicaments prélevés de la zone de stockage font l'objet d'une vérification de concordance avec la prescription				Répondre non si la concordance prescription / médicaments n'est pas réalisée
6	L'aspect + la date de péremption + l'intégrité de l'emballage du médicament sont vérifiés à la cueillette				Si l'un des éléments n'est pas vérifié, répondre non
7	L'IDE ou le préparateur a réalisé cette étape de cueillette des médicaments sans interruption				Répondre non dès lors qu'1 seule interruption (physique, téléphonique, multitâche) s'est produite. Si seul, NA pour autodialyse
8	Des barrières ou des solutions sont en place pour limiter les interruptions de tâches				Oui si la mise en place est constatée. Si seul, NA pour autodialyse.
Dispositifs médicaux					
9	Les dispositifs médicaux consommables nécessaires à la séance (dialyseur, concentré acide, etc.) prélevés de la zone de stockage, font l'objet d'une vérification de concordance avec la demande médicale				Répondre non si la concordance demande / dispositifs médicaux n'est pas réalisée
10	L'aspect + la date de péremption + l'intégrité de l'emballage assurant la stérilité des dispositifs médicaux sont vérifiés à la cueillette				Si l'un des éléments n'est pas vérifié, répondre non
11	La personne habilitée a réalisé cette étape de prélèvement de dispositifs médicaux de la zone de stockage sans interruption				Répondre non dès lors qu'1 seule interruption (physique, téléphonique, multitâche) s'est produite
12	Des barrières ou des solutions sont en place pour limiter les interruptions de tâches				Oui si la mise en place est constatée. Si seul, NA pour autodialyse

Objectif : Sécuriser la préparation du panier de dialyse

PHASE D'OBSERVATION

N°	CRITERES	OUI	NON	NA	COMMENTAIRES
A	Un mode opératoire affiché ou facilement consultable décrit la préparation d'un panier dans votre établissement (qui, quoi, où, quand, comment)				<i>Répondre non si la date de création /révision est supérieure à 2 ans</i>
B	L'aménagement de la zone de cueillette est adapté pour la préparation du panier en toute sécurité				<i>Répondre non si absence de zone de cueillette aménagée</i>
C	La préparation du panier est réalisée au vu de la dernière prescription et non d'une retranscription				<i>Répondre non dès lors qu'un support autre est utilisé ou si la prescription n'est pas horodatée</i>
D	La préparation est réalisée patient par patient et non pas en série, médicament par médicament				<i>Répondre non dès lors qu'une préparation en série est réalisée</i>
E	Chaque panier préparé est identifié au nom et prénom du patient				<i>Répondre non si panier anonyme, en l'absence d'un des éléments manquant.</i>
F	L'enregistrement de la préparation du panier comporte l'identification et la signature (paraphe, initiales) de la personne l'ayant effectué				<i>Si absence, répondre non Si multi-intervenants, les signatures de chacun sont présentes.</i>
G	Médicaments (DCI, galénique + dosage) : le contenu du panier respecte la prescription médicale				<i>Si l'un des éléments n'est pas conforme, répondre non</i>
H	DM consommables : le contenu du panier respecte la demande médicale				<i>Si l'un des éléments n'est pas conforme, répondre non. Préciser le ou les élément(s) non-conforme(s).</i>
I	La préparation à l'avance du panier de dialyse est réalisée moins de 24 heures avant la séance				<i>Si plus de 24h avant la séance, répondre non</i>
I bis	Si non, le stockage des paniers préparés est sécurisé (en zone d'accès limitée)				
J	Il existe un moyen d'identifier un panier dont la préparation est terminée				<i>Si emplacement des paniers prêts non défini, répondre non</i>
K	Tout panier incomplet est repérable car il mentionne le produit manquant.				<i>Si panneau d'identification non prévu, répondre non</i>
L	Le panier est contrôlé avant son utilisation				