

FEUILLE DE SURVEILLANCE DU CATHETER PICC

Etiquette patient

POSE	Coordonnées du service et/ou nom du médecin référent Date d'insertion															
	Type de PICC (nb de voie...) et modèle de stabilisateur Présence de valve ? Si oui type de valve															
	Longueur de la partie du PICC implanté Longueur de la partie externe du cathéter (du point de ponction à l'embase du cathéter)															
Entretien	Point à tracer, à chaque passage IDE	J	J	J	J	J
	1 - Problème au point d'insertion (O / N)															
	2 - Pansement propre (O / N)															
	3 - Perméabilité du PICC (O / N) Bon débit de perfusion Présence de reflux veineux Injection aisée à la seringue Douleur à l'injection															
	4 - Changement ligne de perfusion (O / N)															
	5 - Hors période d'utilisation, rinçage PICC rinçage pulsé tous les 4 jours (O / N)															
	6 - Après utilisation, rinçage PICC (O / N) 10mL NaCl en 3 poussées successives															
	7 - Changement du pansement (O / N) si visible tous les 5 à 7 jours si non souillé															
	8 - Changement de la valve bidirectionnelle (O / N) tous les 5 à 7 jours															
	9 - Changement système de fixation (O / N) tous les 5 à 7 jours															
Initiales de l'IDE																

si problème détailler :

date de création : février 2015